

Santa Ana, 23 de agosto 2022

**MSA-GDH-VRS-03-103-2022**

Sr. Marcos Valverde Guillen

Proceso de Proveeduría

Presente

Estimado señor:

Reciba un atento saludo, con base a las siguientes especificaciones se debe basar la compra de la "**Compra de instrumento de apoyo técnico Silla de ruedas personalizada**".

### **Justificación**

El Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social considera oportuno ofrecer apoyo a la solicitante para la adquisición del producto de apoyo, ya que este proceso ha valorado que no cuentan con la capacidad económica para asumir la compra con medios propios.

### **Especificaciones**

#### **CARACTERISTICAS**

- La silla de ruedas debe ser a la **medida según ficha clínico-técnica.**
- **Chasis:** plegable, aluminio aleación 7000
- **Apoya Pies:** separados, regulación tibio tarso, Ajustables en altura y profundidad, contenedor para pantorrillas y para pies.
- **Frenos:** Largos
- **Apoya Brazos:** Largo, regulable en altura, desmontable, mesa transparente.
- **Aros de Propulsión:** aluminio anodizado
- **Ruedas Posteriores:** tipo estrella (MAG), semi neumáticas, 22"
- **Tipo de Llantas anteriores:** semi neumáticas 6"x 1.5".

- **Asiento:** Panel rígido extraíble
- **Cojín:** Anatómico, espuma poliuretano, cobertura impermeable, transpirable, desmontable.
- **Respaldo:** Anatómico, desmontable.
- **Soportes laterales de tronco:** ajustable en altura y profundidad, asimétricos.
- **Soportes Laterales Pelvis:** Protector de ropa
- **Cinturón:** Pélvico posicionamiento.
- **Sistema de Basculación:** fijo a 6 grados.
- **H. Accesorios:** Sistema antivuelco, Kit de crecimiento.
- Color a elegir
- Silla de Ruedas (similar a MODELO: SPARK)
- Sistema Postural: THERAFIN
- Garantía de 3 años en el Marco y 1 año en el resto de ~~las componentes~~ defecto de fábrica.

**Nota:** Es importante que se tome en cuenta las indicaciones que se menciona en la receta - ficha clínico-técnica para la prescripción de sillas de ruedas y sistema de posicionamiento.

Se requiere que la silla esté ensamblada y que previo a la entrega se realicen las mediciones para la adecuación de esta a las necesidades de la persona usuaria.

### **Entrega:**

La entrega de la silla de ruedas será en la Municipalidad de Santa Ana se encuentra contiguo de la sucursal de correo de Costa Rica, en el proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social.

**Horario:** 8:30 am o entre las 11:30 am según la fecha previamente establecida y coordinada entre las partes.

**Tipo descarga:** La descarga debe realizarlo el proveedor; dentro de las instalaciones de la Municipalidad de Santa Ana. Se requiere que la silla esté

ensamblada y que previo a la entrega se realicen las mediciones para la adecuación de esta a las necesidades de la persona usuaria.

- Contacto de la persona que recibe: Teresa Cerda Rocha o Sofia Mena Teléfono: 22827417 0 22827432

Correo electrónico: [teresa.cerda@santaana.go.cr](mailto:teresa.cerda@santaana.go.cr) o [smena@santaana.go.cr](mailto:smena@santaana.go.cr)

#### **IV. Evaluación**

La adjudicación de esta contratación recaerá en aquella oferta que resulte más ventajosa para la Municipalidad en cuanto a precio, el cual representará el 100% del criterio de evaluación, así mismo que cumpla con las especificaciones solicitadas en el presente cartel.

#### **V. Firma del solicitante:**